

SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"

Reģ. Nr. 40003951628

Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038

### Iepirkuma

„Terapeitiskās radioloģijas medicīnisko iekārtu funkciju atbilstības novērtēšana”

RAKUS 2018/01M

### IEPIRKUMA PROCEDŪRAS LĒMUMS

Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā

Komisijas sēdes protokola Nr. 4 pielikums

Rīgā,

2018. gada 15. februārī

**Pasūtītāja nosaukums:** SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”

**Iepirkuma identifikācijas numurs:** RAKUS 2018/01M

**Iepirkuma priekšmets:** Terapeitiskās radioloģijas medicīnisko iekārtu funkciju atbilstības novērtēšana, atbilstoši tehniskajai specifikācijai

**CPV kods:** 71631100 – 1 (Ierīču pārbaudes pakalpojumi)

**Datums, kad paziņojums ievietots internetā:** 18.01.2018.

#### **Iepirkuma komisijas sastāvs:**

Komisijas priekšsēdētājs:

V. Krūmiņš, stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” galvenais ārsts.

Komisijas locekļi:

U. Jaspers, Medicīnas tehnoloģiju daļas vadītājs.  
I. Krūmiņa, Iepirkumu un līgumu daļas vadītāja;  
I. Ostaškova, Medicīnas ierīču daļas vecākā medicīnisko iekārtu inženiere.

Sekretāre:

J. Bičikova, Iepirkumu un līgumu daļas iepirkumu speciāliste.

Iepirkuma komisija ir izveidota un darbojas, pamatojoties uz SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” 2017. gada 19. decembra valdes lēmumu Nr. V1/01-01/17/764.

#### **Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības**

1. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
2. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

- 2.1. pasludināts pretendenta maksātspējas process (izņemot gadījumu, kad maksātspējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts;
- 2.2. piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendents Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 *euro*;
- 2.3. iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (Pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu Publisko iepirkumu likuma [25. panta](#) pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem;
- 2.4. Nolikuma 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3. punktu noteikumi attiecas arī uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas Nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība.
3. Pretendents var nodrošināt Terapeutiskās radioloģijas medicīnisko iekārtu funkciju atbilstības novērtēšanu atbilstoši 2014.gada 19. augusta Ministru Kabineta noteikumu Nr.482 „Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā” prasībām.
4. Pretendentam, jābūt Radiācijas drošības centra izsniegtai speciālai atļaujai (licencei) darbībām ar **tehniskajā specifikācijā norādītajiem katrai iepirkuma daļai atbilstošu darbību** (Lineārie paātrinātāji, Tuva fokusa rentgena terapijas iekārtai, SPECT/CT gamma kamerai, radionuklīdi irīdijs-192, Tehnecijs (99mTc)) jonizējošā starojuma avotiem.
5. Pretendents ir akreditēts nacionālajā akreditācijas institūcijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts akreditācijas institūcijā.

### **Piedāvājuma vērtēšana un izvēles kritērijs**

- ❖ Vērtēšana notiek sekojoši:
  - ✓ piedāvājumu noformējuma pārbaude;
  - ✓ pretendenta atbilstības kvalifikācijas prasībām pārbaude;
  - ✓ piedāvājumu atbilstības pārbaude;
  - ✓ piedāvājumu izvēle iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai saskaņā ar noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem;
  - ✓ pretendenta, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atbilstības Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas noteikumiem pārbaude.
- ❖ Komisija ir tiesīga izslēgt pretendentu no tālākās dalības iepirkuma procedūrā gadījumos, ja:
  - ✓ pretendents neatbilst šajā Nolikumā norādītajiem kritērijiem vai normatīvo aktu prasībām;
  - ✓ pretendents izslēdzams atbilstoši Publisko iepirkumu likuma noteikumiem;
  - ✓ pretendents norādījis nepatiesas ziņas;
  - ✓ pretendents nav sniedzis ziņas par atbilstību minētajiem kritērijiem (nav iesniedzis visus 4. punktā norādītos dokumentus vai prasīto informāciju);
  - ✓ pretendenta piedāvājums neatbilst normatīvajos aktos un Nolikumā norādītajām prasībām;
  - ✓ pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts.

- ❖ Komisija, vērtējot pretendentu finanšu piedāvājumus, pārbauda vai piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas. Ja tiek konstatēta aritmētiska kļūda, komisija izlabo aritmētiskās kļūdas uzskatot, ka nekļūdīga ir piedāvātā vienas vienības cena. Par kļūdu labojumu komisija paziņo pretendentam.
- ❖ Komisijai ir tiesības pārbaudīt pretendenta sniegto ziņu patiesumu, kā arī pieprasīt informāciju no kompetentām iestādēm.
- ❖ Ja pretendenta iesniegtā informācija atšķiras no publiski pieejamās datu bāzēs un reģistros atrodamās, iepirkuma komisijai ir tiesības uzskatīt, ka pretendents sniedzis nepatiesas ziņas.

#### **Piedāvājuma izvēles kritērijs**

Iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kā piedāvājuma izvēles kritēriju nosakot viszemāko cenu par katru daļu atsevišķi, atbilstoši Nolikumā un tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.

**Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:** 29.01.2018., plkst. 13:00.

**Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks:** stacionārā “Gaiļezers”, Hipokrāta ielā 2, Rīgā, 1. stāvā, 115. kabinetā, Iepirkumu un līgumu daļas sēžu zālē, 29.01.2018., plkst. 13:00.

#### **Piedāvājumu iesniegušie pretendenti:**

<b>Nr.p.k.</b>	<b>Pretendenta nosaukums</b>	<b>Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks</b>
<b>1.</b>	SIA „Tradintek”	26.01.2018., plkst. 14:45
<b>2.</b>	SIA „INLAB”	29.01.2018., plkst. 11:15
<b>3.</b>	SIA „RoLa”	29.01.2018., plkst. 12:48

#### **Pretendentu piedāvātās cenas:**

<b>Nr. p.k.</b>	<b>Pretendents</b>	<b>1. daļa – Lineārie elektronu paātrinātāji</b>	<b>2. daļa – Brahiterapijas iekārta</b>	<b>3. daļa – Tuva fokusa rentgena terapijas iekārta</b>	<b>4. daļa – Dozu kalibrators</b>	<b>5. daļa – Kodolmedicīnas iekārtas</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>1.</b>	SIA “Tradintek”	-	<b>400,00</b>	-	-	<b>400,00</b>
<b>2.</b>	SIA “INLAB”	<b>4861,95</b>	<b>4921,23</b>	<b>800,17</b>	<b>1822,88</b>	<b>4268,61</b>
<b>3.</b>	SIA “RoLa”	<b>10300,00</b>	-	<b>1500,00</b>	-	-

**Pretendentu nosaukumi, ar kuriem tiks slēgti iepirkuma līgumi:**

<b>Daļas Nr.</b>	<b>Daļas nosaukums</b>	<b>Pretendents, ar kuru tiks slēgts līgums</b>	<b>Līgumsumma EUR bez PVN</b>
<b>1</b>	Lineārie elektronu paātrinātāji	SIA "INLAB"	4861,95
<b>2</b>	Brahiterapijas iekārta	SIA "Tradintek"	400,00
<b>3</b>	Tuva fokusa rentgena terapijas iekārta	SIA "INLAB"	800,17
<b>4</b>	Dozu kalibrators	SIA "INLAB"	1822,88
<b>5</b>	Kodolmedicīnas iekārtas	SIA "INLAB"	4268,61

**Noraidītie un noraidīšanas iemesls:**

Pretendenta SIA "Tradintek" iesniegtais finanšu piedāvājums iepirkuma priekšmeta 5.daļā neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, pretendents nav iesniedzis piedāvājumu par visu iepirkuma daļu.

Komisijas locekļi:

V. Krūmiņš

U. Jaspers

I. Krūmiņa

I. Ostaškova

Sekretāre:

J. Bičikova