

SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"

Reģ. Nr. 40003951628

Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038

Iepirkuma

„Pacientu transportēšanas guļratu piegāde”

RAKUS 2017/109M

IEPIRKUMA PROCEDŪRAS LĒMUMS

Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā

Komisijas sēdes protokola Nr. 3 pielikums

Rīgā,

2018. gada 31. janvārī

Pasūtītāja nosaukums: SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”

Iepirkuma identifikācijas numurs: RAKUS 2017/109M

Iepirkuma priekšmets: Pacientu transportēšanas guļratu piegāde, atbilstoši tehniskajai specifikācijai

CPV kods: 33100000-1 (Medicīniskās ierīces).

Datums, kad paziņojums ievietots internetā: 13.12.2017.

Iepirkuma komisijas sastāvs:

Komisijas priekšsēdētāja:

I. Āboliņa, Informācijas tehnoloģiju un medicīnas iekārtu direktore.

Komisijas priekšsēdētājas vietnieks:

U. Jaspers, Medicīnas tehnoloģiju daļas vadītājs.

Komisijas locekle:

I. Budzila, Aprūpes direktore.

Sekretāre:

J. Bičikova, Iepirkumu un līgumu daļas iepirkumu speciāliste.

Iepirkuma komisija ir izveidota un darbojas, pamatojoties uz SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” 2017. gada 23. novembra valdes lēmumu Nr. V1/01-01/17/714.

Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības

1. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
2. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:
 - 2.1. pasludināts pretendenta maksātspējas process (izņemot gadījumu, kad maksātspējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts;

- 2.2. piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendents Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 *euro*;
- 2.3. iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (Pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu Publisko iepirkumu likuma [25. panta](#) pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem;
- 2.4. Nolikuma 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3. punktu noteikumi attiecas arī uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas Nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība.
3. Preces ražotājam ir Eiropas Savienības valstī pilnvarotas institūcijas (notified body – angļu val.) izdots CE sertifikāts, saskaņā ar Eiropas Komisijas 1993. gada 14. jūnija Direktīvas 93/42/EEK „Par medicīniskajām ierīcēm” prasībām.
4. Pretendentam ir tiesības Eiropas Savienībā, tajā skaitā Latvijas Republikā pārdot, uzstādīt un veikt piedāvātās Preces tehnisko apkopi un rezerves daļu nomaiņu.
5. Piedāvātās Preces ražotas ne agrāk kā gadu pirms Preces piegādes brīža.
6. Pretendentam piedāvātām precēm jānodrošina 24 (divdesmit četru) mēnešu garantiju.
7. Pretendenta piedāvātām precēm ir iekārtas ražotāja izdota datu brošūra.
8. Pretendenta datu brošūrā ir jābūt atspoguļotiem visiem Tehniskajā specifikācijā noteiktajiem parametriem.
9. Pretendentam piegādājot Preci, jāiesniedz iekārtas instrukcija latviešu valodā uz papīra un digitālā formā komplektā katrai iekārtai.

Piedāvājuma vērtēšana un izvēles kritērijs

- ❖ Vērtēšana notiek sekojoši:
 - ✓ piedāvājumu noformējuma pārbaude;
 - ✓ pretendenta atbilstības kvalifikācijas prasībām pārbaude;
 - ✓ piedāvājumu atbilstības pārbaude;
 - ✓ piedāvājumu izvēle iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai saskaņā ar noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem;
 - ✓ pretendenta, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atbilstības Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas noteikumiem pārbaude.
- ❖ Komisija ir tiesīga izslēgt pretendentu no tālākās dalības iepirkuma procedūrā gadījumos, ja:
 - ✓ pretendents neatbilst šajā Nolikumā norādītajiem kritērijiem vai normatīvo aktu prasībām;
 - ✓ pretendents izslēdzams atbilstoši Publisko iepirkumu likuma noteikumiem;
 - ✓ pretendents norādījis nepatiesas ziņas;
 - ✓ pretendents nav sniedzis ziņas par atbilstību minētajiem kritērijiem (nav iesniedzis visus 4. punktā norādītos dokumentus vai prasīto informāciju);
 - ✓ pretendenta piedāvājums neatbilst normatīvajos aktos un Nolikumā norādītajām prasībām;
 - ✓ pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts.

- ❖ Komisija, vērtējot pretendentu finanšu piedāvājumus, pārbauda vai piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas. Ja tiek konstatēta aritmētiska kļūda, komisija izlabo aritmētiskās kļūdas uzskatot, ka nekļūdīga ir piedāvātā vienas vienības cena. Par kļūdu labojumu komisija paziņo pretendentam.
- ❖ Komisijai ir tiesības pārbaudīt pretendenta sniegto ziņu patiesumu, kā arī pieprasīt informāciju no kompetentām iestādēm.
- ❖ Ja pretendenta iesniegtā informācija atšķiras no publiski pieejamās datu bāzēs un reģistros atrodamās, iepirkuma komisijai ir tiesības uzskatīt, ka pretendents sniedzis nepatiesas ziņas.

Piedāvājuma izvēles kritērijs

Iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kā piedāvājuma izvēles kritēriju nosakot viszemāko cenu, atbilstoši Nolikumā un tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 27.12.2017., plkst. 13:00.

Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: stacionārā “Gaiļezers”, Hipokrāta ielā 2, Rīgā, 1. stāvā, 115. kabinetā, Iepirkumu un līgumu daļas sēžu zālē, 27.12.2017., plkst. 13:00.

Piedāvājumu iesniegušie pretendenti un piedāvātās cenas:

Nr. p.k.	Pretendents	Pretendenta piedāvātā cena EUR bez PVN
1	2	3
1.	SIA “Medeksperts”	21 800, 00
2.	SIA “ABV Medical”	33 000, 00

Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums:

SIA „ABV Medical” ar līgumcenu 33 000, 00 EUR bez PVN.

Noraidītie un noraidīšanas iemesls:

Pretendenta SIA “Medeksperts” tehniskais piedāvājums neatbilst izvirzītajām tehniskajām prasībām šādās iepirkuma pozīcijās:

- ✓ piedāvājums tehniskās specifikācijas 1.2. pozīcijā neatbilst izvirzītajām tehniskajām prasībām, jo bija prasīts virsmas rāmis no hromēta tērauda, bet piedāvā rāmi no tērauda, pārklātu ar skrapējumu un dezinfekcijas līdzekļu noturīgu krāsu;
- ✓ piedāvājums tehniskās specifikācijas 1.3. pozīcijā neatbilst izvirzītajām tehniskajām prasībām, jo bija prasīts ratu garums ne mazāk kā 2150 mm, bet piedāvā ratu garumu 2000 mm;
- ✓ piedāvājums tehniskās specifikācijas 1.5. pozīcijā neatbilst izvirzītajām tehniskajām prasībām, jo bija prasīts pacientu virsmas platums ne mazāk par 705 mm, bet piedāvā virsmas platumu 680 mm;
- ✓ piedāvājums tehniskās specifikācijas 1.10. pozīcijā neatbilst izvirzītajām tehniskajām prasībām, jo bija prasīts maksimālais augstums ne mazāk kā 930 mm, bet piedāvā maksimālo augstumu 9000 mm;

- ✓ piedāvājums tehniskās specifikācijas 1.11. pozīcijā neatbilst izvirzītajām tehniskajām prasībām, jo bija prasīts minimālais augstums ne lielāks kā 560 mm, bet piedāvā minimālo augstumu 600 mm;
- ✓ piedāvājums tehniskās specifikācijas 1.15. pozīcijā neatbilst izvirzītajām tehniskajām prasībām, jo bija prasīta regulējama ar gāzes atsperēm kājas sekcija ne mazāk kā -45°, bet piedāvā regulējamo ar gāzes atsperēm kājas sekciju 35°.
- ✓ piedāvājums tehniskās specifikācijas 1.19. pozīcijā neatbilst izvirzītajām tehniskajām prasībām, jo bija prasīts matracis ar mazgājamu antistatisku pārvalku, biezums ne mazāk kā 80mm, bet piedāvā matrača biezumu 60mm;
- ✓ piedāvājums tehniskās specifikācijas 1.21. pozīcijā neatbilst izvirzītajām tehniskajām prasībām, jo bija prasīti viegli izņemami stumšanas rokturi abos galos no hromēta tērauda, bet piedāvā stumšanas rokturi tikai kājgalī;
- ✓ piedāvājums tehniskās specifikācijas 1.22. pozīcijā neatbilst izvirzītajām tehniskajām prasībām, jo bija prasīti viegli izņemami seši turētāji infūzijas statīviem –sānu vidusdaļā un ratu stūros, bet piedāvā divus turētājus infūzijas statīviem –sānu vidusdaļā.

Komisijas locekļi:

I. Āboliņa

U. Jaspers

I. Budzila

Sekretāre:

J. Bičikova