

SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"
Reģ. Nr. 40003951628

Iepirkuma
„Oftalmoloģijas preču un materiālu piegāde”
RAKUS 2018/59M

IEPIRKUMA PROCEDŪRAS LĒMUMS
Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā
Komisijas sēdes protokola Nr. 3 pielikums

Rīgā,

2018. gada 7. augustā

Pasūtītāja nosaukums: SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”

Iepirkuma identifikācijas numurs: RAKUS 2018/59M

Iepirkuma priekšmets: Oftalmoloģijas preču un materiālu piegāde, atbilstoši tehniskajai specifikācijai

CPV kods: 33100000-1 (Medicīniskās ierīces)

Datums, kad paziņojums ievietots internetā: 06.07.2018.

Iepirkuma komisijas sastāvs:

Komisijas priekšsēdētājs:	Ē. Kalniņš, Stacionāra “Gaiļezers” galvenais ārsts.
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:	U. Jaspers, Medicīnas tehnoloģiju daļas vadītājs.
Komisijas locekļi:	J. Nikolajenko, Ķirurģiskas infekcijas klīnikas virsārsts;
	I. Krūmiņa, Iepirkumu un līgumu daļas vadītāja.
Sekretāre:	J. Bičikova, Iepirkumu un līgumu daļas iepirkumu speciāliste.

Iepirkuma komisija ir izveidota un darbojas, pamatojoties uz SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” 2018. gada 26. jūnija valdes lēmumu Nr. V1/01-01/18/279.

Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības

1. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
2. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:
 - 2.1. pasludināts pretendenta maksātspējas process (izņemot gadījumu, kad maksātspējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts;
 - 2.2. piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā

- valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 *euro*;
- 2.3. iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (Pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu Publisko iepirkumu likuma [25. panta](#) pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem;
 - 2.4. Nolikuma 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3. punktu noteikumi attiecas arī uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība;
 - 2.5. pretendents ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība.
3. Eiropas Savienības valstī izdota piedāvātās preces CE atbilstības sertifikāta pretendenta apliecināta kopija un pretendenta apliecināts tulkojums.
 4. Ražotāja vai tā pārstāvja pilnvarojuma vēstule Pretendentam par tiesībām izplatīt piedāvātās preces Latvijas Republikā. Gadījumā, kad Pretendents iesniedz ražotāja pārstāvja pilnvarojuma vēstuli, klāt jāpievieno ražotāja vēstule pilnvarotajam pārstāvim par tiesībām izplatīt piedāvātās preces Latvijas Republikā.

Piedāvājuma vērtēšana un izvēles kritērijs

- ❖ Vērtēšana notiek sekojoši:
 - ✓ piedāvājumu noformējuma pārbaude;
 - ✓ pretendentu atbilstības kvalifikācijas prasībām pārbaude;
 - ✓ piedāvājumu atbilstības pārbaude;
 - ✓ piedāvājumu izvēle iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai saskaņā ar noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem;
 - ✓ pretendenta, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atbilstības Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas noteikumiem pārbaude.
- ❖ Komisija ir tiesīga izslēgt pretendentu no tālākās dalības iepirkuma procedūrā gadījumos, ja:
 - ✓ pretendents neatbilst šajā Nolikumā norādītajiem kritērijiem vai normatīvo aktu prasībām;
 - ✓ pretendents izslēdzams atbilstoši Publisko iepirkumu likuma noteikumiem;
 - ✓ pretendents norādījis nepatiesas ziņas;
 - ✓ pretendents nav sniedzis ziņas par atbilstību minētajiem kritērijiem (nav iesniedzis visus 4. punktā norādītos dokumentus vai prasīto informāciju);
 - ✓ pretendenta piedāvājums neatbilst normatīvajos aktos un Nolikumā norādītajām prasībām;
 - ✓ pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts.
- ❖ Komisija, vērtējot pretendentu finanšu piedāvājumus, pārbauda vai piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas. Ja tiek konstatēta aritmētiska kļūda, komisija izlabo aritmētiskās kļūdas uzskatot, ka nekļūdīga ir piedāvātā vienas vienības cena. Par kļūdu labojumu komisija paziņo pretendentam.
- ❖ Komisijai ir tiesības pārbaudīt pretendenta sniegto ziņu patiesumu, kā arī pieprasīt informāciju no kompetentām iestādēm.
- ❖ Ja pretendenta iesniegtā informācija atšķiras no publiski pieejamās datu bāzēs un reģistros atrodamās, iepirkuma komisijai ir tiesības uzskatīt, ka pretendents sniedzis nepatiesas ziņas.

Piedāvājuma izvēles kritērijs

Iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kā piedāvājuma izvēles kritēriju nosakot viszemāko cenu par katru iepirkuma priekšmeta daļu, atbilstoši Nolikumā un tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 18.07.2018., plkst. 13:00.

Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: stacionārā "Gaiļezers", Hipokrāta ielā 2, Rīgā, 1. stāvā, 115. kabinetā, Iepirkumu un līgumu daļas sēžu zālē, 18.07.2018., plkst. 13:00.

Piedāvājumu iesniegušie pretendenti:

Nr.p.k.	Pretendenta nosaukums	Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks
1.	SIA "NMS Elpa"	13.07.2018., plkst. 13:10
2.	SIA "B&L Group"	16.07.2018., plkst. 14:30
3.	SIA "Kavita"	17.07.2018., plkst. 11:53
4.	Johnson&Johnson AB Lavijas filiāle	17.07.2018., plkst. 12:57
5.	SIA "OneMed"	17.07.2018., plkst. 14:10
6.	SIA "Medeksperts"	17.07.2018., plkst. 14:30
7.	SIA "Latvijas Amerikas acu centrs"	18.07.2018., plkst. 10:15
8.	SIA "Rumex Baltics"	18.07.2018., plkst. 11:15
9.	SIA "Mediq Latvija"	18.07.2018., plkst. 11:40
10.	SIA "Industriālās tehnoloģijas"	18.07.2018., plkst. 11:46
11.	SIA "DM Premium"	18.07.2018., plkst. 11:48

Pretendentu nosaukumi, ar kuriem tiks slēgti iepirkuma līgumi:

Pozīcijas Nr.	Daļas nosaukums	Pretendenta nosaukums ar kuru tiks slēgts līgums	Līgumcena par kādu tiks slēgts līgums
1.	Silikona eļļa intravitreālai ievadīšanai ar viskozitāti 1300 centistoki	SIA "B&L Group"	640,00
2.	Silikona eļļa intravitreālai ievadīšanai ar viskozitāti 5700 centistoki	SIA "B&L Group"	640,00
3.	Perfluoro-n-octane (C8F18)	SIA "B&L Group"	1560,00
4.	Piederumi vitreālai ķirurģijai - vienreizlietojamās ILM noņemšanas pincetes 23G, 25G, 27+G	SIA "DM Premium"	990,00
5.	Piederumi vitrektomijas iekārtai CONSTELLATION	SIA "NMS ELPA"	960,00
6.	Silikona materiāls ekstraokulārai tīklenes ķirurģijai - 3.66mm x7.5mm "half oval sponge", garums 100-120mm	SIA "Rumex Baltics"	550,50
7.	Silikona materiāls ekstraokulārai tīklenes ķirurģijai - 2.5mm silikona cirkulāras lente, savienojama ar 2,5mm ovālu savienotājcaurulīti	SIA "Rumex Baltics"	300,00
8.	Silikona materiāls ekstraokulārai tīklenes ķirurģijai - 2,5mm ovāla savienotājcaurulīte, ar kuru var	SIA "Rumex Baltics"	215,00

	savienot atbilstošu 2,5 mm platu silikona cirklēšanas lenti		
9.	Krāsviela vitreālai ķirurģijai - 0,5ml šķīdums, kas satur 0,125 mg Brilliant BlueG, 0,75 mg Trypan Blue, 4% PEG	SIA "Rumex Baltics"	1410,00
10.	Neuzsūcošie ķirurģiskie diegi 5/0 - garums 45cm, ar spatulas tipa 1/4 liekuma 2 adatām, kuru garums 8,0mm - izgatavots no pīta poliestera	SIA "Rumex Baltics"	312,48
11.	Gāze SF6 (sulphur hexafluoride)	SIA "Rumex Baltics"	1162,50
12.	Gāze C3F8 (octafluoropropane)	Iesniegtais piedāvājums atzīts par neatbilstošu Nolikumā noteiktajām prasībām	
13.	Izteikti kohezīvs viskoelastiskais materiāls kataraktas ķirurģijai - Nātrija hialuronāts 2,0%	SIA "DM Premium"	19970,00
14.	Balansētais augstmolekulārais šķīdums ar bikarbonātu, dekstrozes un glutaciona piedevu vitreālai ķirurģijai	SIA "KAVITA"	519,36
15.	Krāsviela kataraktas ķirurģijai lēcas priekšējās kapsulas iekrāsošanai	SIA "DM Premium"	1198,00
16.	Gredzens lēcas kapsulas iestiepšanai (Capsular Tension Ring)	SIA "KAVITA"	2370,00
17.	Mīkstā ārstnieciskā diennakts kontaktlēca -	SIA "KAVITA"	504,00
18.	Sterils ķirurģiskais pārklājs	SIA "OneMed"	126,00
19.	Fluoresceīna stripi	SIA "DM Premium"	30,00
20.	Izteikti dispersīvs viskoelastiskais materiāls kataraktas ķirurģijai - Hidroksipropilmetilceluloze 2,0-2,5%	SIA "Rumex Baltics"	276,00
21.	Sterils ķirurģiskais pārklājs	SIA "DM Premium"	567,00
22.	Vienreizlietojamais bioms	SIA "Rumex Baltics"	1512,00
23.	Šķēpveida skalpelis (Slit Angled)	SIA "Rumex Baltics"	3360,00
24.	Taisns 15° nazis	SIA "Rumex Baltics"	1300,00

Noraidītie un noraidīšanas iemesls:

Atlases dokumentu izvērtēšana

SIA "Latvijas Amerikas acu centrs"

Pretendents SIA "Latvijas Amerikas acu centrs" nav iesniedzis Nolikuma 4.1.3. punktā prasīto ražotāja "LLC HUB Pharmaceuticals" piedāvātās preces CE sertifikātu. Kā arī, pretendents nav iesniedzis Nolikuma 4.1.4. punktā prasīto ražotāja "D.O.R.C Dutch Ophthalmic Research Center (International) B.V." un ražotāja "LLC HUB Pharmaceuticals" pilnvarojuma vēstules par tiesībām pretendenta SIA "Latvijas Amerikas acu centrs" izplatīt piedāvātās preces Eiropas Savienībā, tajā skaitā Latvijas Republikā.

SIA "Rumex Baltics"

Pretendenta SIA "Rumex Baltics" iesniegtais ražotāja "Teknomek" piedāvātās preces CE sertifikāts, neatbilst Nolikuma 4.1.3. noteiktajām prasībām, jo pretendenta iesniegtais CE sertifikāts izdots Turcijā, nevis Eiropas Savienībā.

SIA “Industriālās tehnoloģijas”

Pretendenta SIA “Industriālās tehnoloģijas” iesniegtais ražotāja “Meran” piedāvātās preces CE sertifikāts, neatbilst Nolikuma 4.1.3. noteiktajām prasībām, jo pretendenta iesniegtais CE sertifikāts izdots Turcijā, nevis Eiropas Savienībā.

SIA “DM Premium”

Pretendenta SIA “DM Premium” iesniegtais ražotāja “Miray Medical” piedāvātās preces CE sertifikāts, neatbilst Nolikuma 4.1.3. noteiktajām prasībām, jo pretendenta iesniegtais CE sertifikāts izdots Turcijā. Pretendents SIA “DM Premium” nav iesniedzis Nolikuma 4.1.4. punktā prasīto ražotāja „Johnson&Johnson” un ražotāja “Oculus” pilnvarojuma vēstules par tiesībām SIA “DM Premium” izplatīt piedāvātās preces Eiropas Savienībā, tajā skaitā Latvijas Republikā, un Nolikuma 4.1.3. punktā prasīto Eiropas Savienības valstī izdotu, ražotāja „Johnson&Johnson” un ražotāja “Oculus” piedāvātās preces CE sertifikātus.

Tehnisko piedāvājumu izvērtēšana

SIA „Kavita”

Pretendenta SIA „Kavita” iesniegtais tehniskais piedāvājums neatbilst Nolikumā noteiktajām tehniskajām prasībām šādās tehniskās specifikācijas pozīcijās:

- pozīcijā Nr. 15. – prasīts iepakojums šļircēs, pretendents piedāvā flakonos;
- pozīcijā Nr. 21. – prasīts pārklājs ar izmēriem ne mazāks par 75x80 cm, ar atveri 5x7 cm, pretendents piedāvā izmēru 120x100 cm un atvērumam 8x8 cm;
- pozīcijā Nr. 23. – pretendents nepiedāvā visus prasītos izmērus, neatbilst materiāls (norādīts nerūsējošais tērauds, prasīts Austenite nerūsējošais tērauds vai ekvivalents) nav asmeņa biezuma rādītāju. Katrs nazis visā garumā nav ievietots sterilā plastmasas ietvarā, kas aizsargā personālu un asmeņa kanti;
- pozīcijā Nr. 24. – pretendents piedāvā nazi no nerūsējoša tērauda, prasīts Austenite nerūsējošais tērauds vai ekvivalents. Katrs nazis visā garumā nav ievietots sterilā plastmasas ietvarā, kas aizsargā personālu un asmeņa kanti.

SIA „Medeksperts”

Pretendenta SIA „Medeksperts” iesniegtais tehniskais piedāvājums neatbilst Nolikumā noteiktajām tehniskajām prasībām šādās tehniskās specifikācijas pozīcijās:

- pozīcijā Nr. 10. – prasīts, ka jābūt no pīta poliestera, pretendents piedāvā poliesteru;
- pozīcijā Nr. 18. - prasīts pārklājs ar izmēriem ne mazāks par 75x80 cm, ar atveri 15x6 cm, pretendents piedāvā izmēru 150x180 cm un atvērumam 5x15 cm;
- pozīcijā Nr. 21. - prasīts pārklājs ar izmēriem ne mazāks par 75x80 cm, ar atveri 5x7 cm, pretendents piedāvā izmēru 75x90 cm un atvērumam 7 cm.

SIA „Industriālās tehnoloģijas”

Pretendenta SIA „Industriālās tehnoloģijas” iesniegtais tehniskais piedāvājums neatbilst Nolikumā noteiktajām tehniskajām prasībām šādās tehniskās specifikācijas pozīcijās:

- pozīcijā Nr. 16. – prasīts, ka jābūt izgatavotam no polipropilēna, pretendents piedāvā PMMA;

- pozīcijā Nr. 23. – pretendents nepiedāvā prasītos izmērus, piedāvā no 1,4, bija prasīts no 1,0. Katrs nazis visā garumā nav ievietots sterilā plastmasas ietvarā, kas aizsargā personālu un asmeņa kanti. Prasīts, ka nazim jābūt izgatavotam bez karsēšanas, tikai presējot, pretendenta piedāvātais nazis ir vakumattīrīts, dubulti kausēts, cietināts un rūdīts.
- pozīcijā Nr. 24. – prasīts, ka nazim jābūt izgatavotam bez karsēšanas, tikai presējot, pretendenta piedāvātais nazis ir vakumattīrīts, dubulti kausēts, cietināts un rūdīts. Pretendents piedāvā nazi no nerūsējoša tērauda, prasīts Austenite nerūsējošais tērauds vai ekvivalents.

SIA „Mediq Latvija”

Pretendenta SIA „Mediq Latvija” iesniegtais tehniskais piedāvājums neatbilst Nolikumā noteiktajām tehniskajām prasībām šādās tehniskās specifikācijas pozīcijās:

- pozīcijā Nr. 18. – prasīts pārklājs ar izmēriem ne mazāks par 75x80 cm, ar atveri 15x6 cm, pretendents piedāvā izmēru 80x80 cm un atvērumam 7x10 cm;
- pozīcijā Nr. 21. - prasīts pārklājs ar izmēriem ne mazāks par 75x80 cm, ar atveri 5x7 cm, pretendents piedāvā izmēru 75x90 cm un atvērumam 8 cm.

SIA „Latvijas Amerikas acu centrs”

Pretendenta SIA „Latvijas Amerikas acu centrs” iesniegtais tehniskais piedāvājums neatbilst Nolikumā noteiktajām tehniskajām prasībām šādās tehniskās specifikācijas pozīcijās:

- pozīcijā Nr. 16. – prasīts, ka jābūt izgatavotam no polipropilēna, pretendents piedāvā PMMA;
- pozīcijā Nr. 23. – prasīts, ka Katram nazim visā garumā jābūt ievietotam sterilā plastmasas ietvarā, kas aizsargā personālu un asmeņa kanti, pretendents to nepiedāvā;
- pozīcijā Nr. 24. – prasīts, ka nazim jābūt izgatavotam bez karsēšanas, tikai presējot, pretendenta piedāvātais nazis ir vakumattīrīts, dubulti kausēts, cietināts un rūdīts. Pretendents piedāvā nazi no nerūsējoša tērauda, prasīts Austenite nerūsējošais tērauds vai ekvivalents.

Komisijas locekļi:

Ē. Kalniņš

U. Jaspers

J. Nikolajenko

I. Krūmiņa

Sekretāre:

J. Bičikova