

SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"
Reģ. Nr. 40003951628

Iepirkuma
„Portatīvo mākslīgo plaušu ventilācijas iekārtu piegāde”
RAKUS 2017/98M

IEPIRKUMA PROCEDŪRAS LĒMUMS

Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā

Komisijas sēdes protokola Nr. 3 pielikums

Rīgā,

2017. gada 8. novembrī

Pasūtītāja nosaukums: SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”

Iepirkuma identifikācijas numurs: RAKUS 2017/98M

Iepirkuma priekšmets: Portatīvo mākslīgo plaušu ventilācijas iekārtu piegāde, atbilstoši Tehniskajai specifikācijai.

CPV kods: 33000000-0

Datums, kad paziņojums ievietots internetā: 25.10.2017.

Iepirkuma komisijas sastāvs:

Komisijas priekšsēdētājs:	U. Jaspers, Medicīnas tehnoloģiju direktors.
Komisijas locekles:	I. Ostaškova, Medicīnas ierīču daļas vecākā medicīnisko iekārtu inženiere; I. Budzila, Aprūpes direktore; I. Krūmiņa, Iepirkumu un līgumu daļas vadītāja.
Sekretāre:	J. Bičikova, Iepirkumu un līgumu daļas iepirkumu speciāliste.

Iepirkuma komisija ir izveidota un darbojas, pamatojoties uz SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” 2017. gada 17. oktobra valdes lēmumu Nr. V1/01-01/17/648.

Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības

1. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
2. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:
 - pasludināts pretendenta maksātspējas process (izņemot gadījumu, kad maksātspējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts;
 - piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam Latvijā vai valstī,

kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 *euro*;

- iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (Pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu Publisko iepirkumu likuma [25. panta](#) pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem;
 - Nolikuma 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3. punktu noteikumi attiecas arī uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējam pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas Nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība.
3. Preces ražotājam ir Eiropas Savienības valstī pilnvarotas institūcijas (notified body – angļu val.) izdots CE sertifikāts, saskaņā ar Eiropas Komisijas 1993. gada 14. jūnija Direktīvas 93/42/EEK „Par medicīniskajām ierīcēm” prasībām.
 4. Pretendentam ir tiesības Eiropas Savienībā, tajā skaitā Latvijas Republikā pārdot, uzstādīt un veikt piedāvātās Preces tehnisko apkopi un rezerves daļu nomaiņu.
 5. Piedāvātām Precēm jābūt jaunām un ražotām ne agrāk kā 2017. gadā.
 6. Pretendenta rīcībā ir vairāk kā viens servisa inženieris, kurš ir ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, remonta un apkopes veikšanai Eiropas Savienībā, tajā skaitā Latvijas Republikā.
 7. Pretendentam jānodrošina medicīnas iekārtu tehnisko uzraudzību (funkciju atbilstības testu un elektrodrošības pārbaudes) atbilstoši 2005.gada 02.augusta Ministru kabineta noteikumiem „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība”. Pārbaudes veicējam, jābūt akreditētam atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17020:2005 standarta prasībām tehniskajā specifikācijā noteikto medicīnisko ierīču funkciju atbilstības testēšanā un elektrodrošības pārbaūžu veikšanā. Pārbaudes rezultātā jābūt sastādītam dokumentam par iekārtas atbilstību.
 8. Pretendentam piedāvātām precēm jānodrošina 24 (divdesmit četrus) mēnešu garantiju.
 9. Pretendenta piedāvātām precēm ir iekārtas ražotāja izdota datu brošūra.
 10. Pretendenta datu brošūrā ir jābūt atspoguļotiem visiem Tehniskajā specifikācijā noteiktajiem parametriem.
 11. Pretendentam piegādājot Preci, jāiesniedz iekārtas instrukcija latviešu valodā uz papīra un digitālā formā komplektā katrai iekārtai.

Piedāvājuma vērtēšana un izvēles kritērijs

1. Vērtēšana notiek sekojoši:

- piedāvājumu noformējuma pārbaude;
- visu pretendentu atbilstības PIEL 9. panta astotās daļas 2. punkta noteikumiem pārbaude konstatējot nodokļu nomaksas stāvokli uz piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējo dienu;
- pretendentu atbilstības kvalifikācijas prasībām pārbaude;
- piedāvājumu atbilstības pārbaude;
- piedāvājumu izvēle iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai saskaņā ar noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem;

- pretendenta, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atbilstības Piel 9. panta astotās daļas noteikumiem pārbaude.
2. Komisija ir tiesīga izslēgt pretendentu no tālākās dalības iepirkuma procedūrā gadījumos, ja:
- pretendents neatbilst šajā Nolikumā norādītajiem kritērijiem vai normatīvo aktu prasībām;
 - pretendents izslēdzams atbilstoši Piel noteikumiem;
 - pretendents norādījis nepatiesas ziņas;
 - pretendents nav sniedzis ziņas par atbilstību minētajiem kritērijiem (nav iesniedzis visus 4. punktā norādītos dokumentus vai prasīto informāciju);
 - piedāvājums neatbilst normatīvajos aktos un Nolikumā norādītajām prasībām;
 - pretendents nav iesniedzis piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmetu;
 - pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts.
3. Komisija, vērtējot pretendentu finanšu piedāvājumus, pārbauda vai piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas. Ja tiek konstatēta aritmētiska kļūda, komisija izlabo aritmētiskās kļūdas uzskatot, ka nekļūdīga ir piedāvātā vienas vienības cena. Par kļūdu labojumu komisija paziņo pretendentam.
4. Komisijai ir tiesības pārbaudīt pretendenta sniegto ziņu patiesumu, kā arī pieprasīt informāciju no kompetentām iestādēm.
5. Ja pretendenta iesniegtā informācija atšķiras no publiski pieejamās datu bāzēs un reģistros atrodamās, iepirkuma komisijai ir tiesības uzskatīt, ka pretendents sniedzis nepatiesas ziņas.

Piedāvājuma izvēles kritērijs

Iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kā piedāvājuma izvēles kritēriju nosakot viszemāko cenu par katru atsevišķu daļu, atbilstoši Nolikumā un tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 06.11.2017., plkst. 13:00.

Piedāvājumu iesniegušie pretendenti:

Nr. p.k.	Pretendents	Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks
1	2	3
1.	SIA "Arbor Medical Korporācija"	06.11.2017., plkst. 11:23

Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: stacionārā "Gaiļezers", Hipokrāta ielā 2, Rīgā, 1. stāvā, 115. kabinetā, Iepirkumu un līgumu daļas sēžu zālē, 06.11.2017., plkst. 13:00.

Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums:

Daļas Nr.	Daļas nosaukums	Pretendents, ar kuru būtu slēdzams piegādes līgums	Līgumsumma EUR bez PVN
1	Portatīvo mākslīgo plaušu ventilācijas iekārtu piegāde Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikai	SIA "Arbor Medical Korporācija"	22 155. 00

2	Portatīvo mākslīgo plaušu ventilācijas iekārtu piegāde Intensīvās terapijas klīnikai	SIA "Arbor Medical Korporācija"	19 844. 00
---	--	---------------------------------	------------

Pamatojums, ka izvirzītās atlases prasības ir objektīvas un samērīgas:

No iepirkuma izsludināšanas dienas līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim neviens ieinteresētais piegādātājs neuzdeva nevienu jautājumu un neiesniedza nevienu vēstuli par iepirkuma dokumentācijā izvirzītajām prasībām. Izvirzītās prasības neatšķiras no citu iepirkumu, līdzīgu pēc satura un būtības, izvirzītajām prasībām. Līdz ar to, ir uzskatāms, ka izvirzītās pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas.

Komisijas locekļi:

U. Jaspers

I. Ostaškova

I. Budzila

I. Krūmiņa

Sekretāre:

J. Bičikova