

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”

Reģ. Nr. 40003951628

Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038

„Medicīnas tehnoloģiju aprīkojums 1.korpusa vajadzībām”

RAKUS 2020/90K

### ATKLĀTA KONKURSA ZIŅOJUMS

Rīgā,

2020. gada 12. novembrī

**Pasūtītāja nosaukums:** SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV – 1038.

**Iepirkuma identifikācijas numurs:** RAKUS 2020/90K

**Iepirkuma priekšmets:** „Medicīnas tehnoloģiju aprīkojums 1.korpusa vajadzībām”.

**CPV kods:** 33100000-1 (Medicīniskās ierīces).

**Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts ES Oficiālajā Vēstnesī:** 26.08.2020.

**Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē:** 23.08.2020.

#### **Iepirkuma komisijas sastāvs:**

Komisijas priekšsēdētājs-

**G. Cīrulis**, Medicīnas tehnoloģiju direktors;

Komisijas locekļi-

**I. Budzila**, aprūpes direktore;

**G. Liepiņš**, medicīnas tehnoloģiju plānošanas un metodiskās vadības speciālists;

**K. Bondareva**, stacionāra “Gaiļezers” galvenā māsa;

Sekretāre-

**I. Lange**, Iepirkumu daļas jurists.

Iepirkuma komisija ir izveidota un darbojas pamatojoties uz SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” valdes 2020. gada 16. jūlija lēmumu Nr. V1/01-01/20/277.

**Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:** 29.09.2020. plkst.13.00.

#### **Piedāvājumus iesniegušie pretendenti:**

N.p.k.	Pretendents	Piedāvājuma iesniegšanas veids	Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks
1.	"AB Medical Group Riga" SIA	Sistēmā	29.09.2020 plkst. 11:14
2.	"A.Medical" SIA	Sistēmā	29.09.2020 plkst. 11:03
3.	"Arbor Medical Korporācija" SIA	Sistēmā	29.09.2020 plkst. 12:20
4.	"NMS ELPA" SIA	Sistēmā	29.09.2020 plkst. 12:04
5.	"TEIDA" UAB	Sistēmā	28.09.2020 plkst. 17:42
6.	"Tradintek" SIA	Sistēmā	14.09.2020 plkst. 11:29
7.	UAB GRAINA Latvia-filiāle	Sistēmā	28.09.2020 plkst. 10:33

### **Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks:**

2020. gada 29. septembris plkst. 13<sup>00</sup> Rīgā, Hipokrāta ielā 2, stacionāra „Gaiļezers”, 1. stāva Administrācijas telpās, Iepirkumu daļas, 115. kabinetā. Piedāvājumi atvērti izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturētajā tīmekļa vietnē [www.eis.gov.lv](http://www.eis.gov.lv) pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai atvēršanai.

### **Pretendentu piedāvātās cenas:**

#### **Daļai Nr. 1 - Dušas guļrati.**

<b>Pretendents</b>	<b>Iesniegšanas datums un laiks</b>	<b>Tehniskais - finanšu piedāvājums</b>
"AB Medical Group Riga" SIA	29.09.2020 plkst. 11:14	EIRO 22320
"TEIDA" UAB	28.09.2020 plkst. 17:42	EIRO 14392

#### **Daļai Nr. 2 - Dušas konsole asistētai pacientu mazgāšanai.**

<b>Pretendents</b>	<b>Iesniegšanas datums un laiks</b>	<b>Tehniskais - finanšu piedāvājums</b>
"AB Medical Group Riga" SIA	29.09.2020 plkst. 11:14	EIRO 27920
"NMS ELPA" SIA	29.09.2020 plkst. 12:04	EIRO 18184

#### **Daļai Nr. 3 - Elektrokardiogrāfa analīzes stacija.**

<b>Pretendents</b>	<b>Iesniegšanas datums un laiks</b>	<b>Tehniskais - finanšu piedāvājums</b>
"Arbor Medical Korporācija" SIA	29.09.2020 plkst. 12:20	EIRO 7150

#### **Daļai Nr. 4 - Ežekcijas sūknis ar stiprinājumu DIN slidei.**

<b>Pretendents</b>	<b>Iesniegšanas datums un laiks</b>	<b>Tehniskais - finanšu piedāvājums</b>
"NMS ELPA" SIA	29.09.2020 plkst. 12:04	EIRO 18504

#### **Daļai Nr. 5 - Daudzreizlietojams mitrinātājs pacientu konsolei .**

Pretendents	Iesniegšanas datums un laiks	Tehniskais - finanšu piedāvājums
"NMS ELPA" SIA	29.09.2020 plkst. 12:04	EIRO 3340.8

#### Daļai Nr. 6 - Pacientu vitālo funkciju novērošanas monitors.

Pretendents	Iesniegšanas datums un laiks	Tehniskais - finanšu piedāvājums
"Arbor Medical Korporācija" SIA	29.09.2020 plkst. 12:20	EIRO 24400
"Tradintek" SIA	14.09.2020 plkst. 11:29	EIRO 21728
UAB GRAINA Latvia-filiāle	28.09.2020 plkst. 10:33	EIRO 19352

#### Daļai Nr. 7 - Sanitāri higiēnisko priekšmetu un aprīkojuma mazgāšanas un dezinfekcijas iekārta.

Pretendents	Iesniegšanas datums un laiks	Tehniskais - finanšu piedāvājums
"AB Medical Group Riga" SIA	29.09.2020 plkst. 11:14	EIRO 85050
"A.Medical" SIA	29.09.2020 plkst. 11:03	EIRO 46350
"NMS ELPA" SIA	29.09.2020 plkst. 12:04	EIRO 66060

#### Daļai Nr. 8 - Telemetrijas sistēma.

Pretendents	Iesniegšanas datums un laiks	Tehniskais - finanšu piedāvājums
"Arbor Medical Korporācija" SIA	29.09.2020 plkst. 12:20	EIRO 39430
"Tradintek" SIA	14.09.2020 plkst. 11:29	EIRO 77600

#### **Piedāvājuma izvēles kritērijs:**

Iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kā piedāvājuma izvēles kritēriju nosakot viszemāko cenu (bez PVN) par katru piedāvāto daļu atsevišķi, kas atbilst Nolikumā un Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

**Pamatojums (atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 19. punktam), ja piedāvājumu iesniedzis tikai viens piegādātājs:**

Nemot vērā, ka atklāta konkursa „Medicīnas tehnoloģiju aprīkojums 1.korpusa vajadzībām” (ID Nr. RAKUS 2020/90K) iepirkuma priekšmeta 3, 4 un 5 daļā piedāvājumu iesniedzis ne vairāk kā viens piegādātājs, Pasūtītājs, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 19. punktu apliecina, ka atklāta konkursa nolikumā izvirzītās prasības ir objektīvas un samērīgas, lai jebkuram pretendētājam, kurš piedāvā iepirkuma priekšmetam atbilstošas preces, būtu iespējams iesniegt piedāvājumu. Izvirzītās prasības pretendentiem ir izpildāmas, objektīvas un samērīgas (pamatā attiecinātas uz nepieciešamo precī un tās īpašībām, nevis paša pretendenta kvalifikāciju, izvirzītie nosacījumi netika pielāgoti konkrētu ražotāju nosacījumiem), līdz ar ko var konstatēt, ka pretendentu pieteikšanās atklātam konkursam nav tikusi ierobežota vai bijusi neizpildāma. Citas specifiskas atlases prasības atklātā konkursā nebija izvirzītas, lai maksimāli nodrošinātu plašāku konkurenci atklāta konkursa ietvaros. Līdz ar to iepirkuma komisija uzskata, ka atklāta konkursa pārtraukšana iepirkuma priekšmeta 3, 4 un 5 daļā konkrētajā gadījumā neatbilst Publisko iepirkumu likuma mērķim.

**Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirtas šādiem pretendentiem:**

Daļas Nr.	Nosaukums	Pretendents	Līguma kopsumma EUR bez PVN
2	Dušas konsole asistētai pacientu mazgāšanai	SIA “NMS Elpa”	EUR 18 184,00
3	Elektrokardiogrāfa analīzes stacija	SIA “Arbor Medical Korporācija”	EUR 7 150,00
4	Ežekcijas sūknis ar stiprinājumu DIN sliedei	SIA “NMS Elpa”	EUR 18 504,00
5	Daudzreizlietojams mitrinātājs pacientu konsolei	SIA “NMS Elpa”	EUR 3 340,80
6	Pacientu vitālo funkciju novērošanas monitors	UAB “Graina Latvia-filiāle”	EUR 19 352,00
7	Sanitāri higiēnisko priekšmetu un aprīkojuma mazgāšanas un dezinfekcijas iekārta	SIA “NMS Elpa”	EUR 66 060,00
8	Telemetrijas sistēma	SIA “Tradintek”	EUR 77 600,00

**Pamatojums lēmumam par konkursa nolikumam neatbilstošiem piedāvājumiem:**

**Tehniskie piedāvājumi:**

- SIA “AB Medical Group Riga” - piedāvājums iepirkuma priekšmeta 1 daļā (Dušas gulrati) neatbilst pasūtītāja izvirzītajām tehniskajām prasībām šādā tehniskās specifikācijas pozīcijā-
  1. Tehniskās specifikācijas 1.1.1. pozīcijas prasība- hidrauliski maināms augstums no 58 ± 2 līdz 96 ± 2 cm.

Pretendenta piedāvājums – hidrauliski maināms augstums no 65 līdz 102 cm.

- **UAB „TEIDA”** - piedāvājums iepirkuma priekšmeta 1 daļā (Dušas guļrati) neatbilst pasūtītāja izvirzītajām tehniskajām prasībām, jo valsts elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) pretendenta iesniegtā piedāvājuma 1 daļā (Dušas guļrati) pievienotā datne nav uzskatāma par atbilstošu Nolikuma 4.2.5. punktam (*Pretendentam kopā ar Tehnisko un finanšu piedāvājumu jāiesniedz pretendenta apliecināta iekārtas ražotāja izdota datu brošūra (angļu vai latviešu valodā) ar precīzi atzīmētām atbilstībām tehniskās specifikācijas prasībām.*). Iesniegtā dokumentācija nav pretendenta apliecināta un dokumentā ir tikai uzskaitītas atbilstības pasūtītāja izvirzītajām prasībām. Izmantojot pretendenta iesniegtajā dokumentā ievietoto saiti uz ražotāja mājaslapu, piedāvājumam pievienotais attēls neatbilst norādītā modeļa attēlam ražotāja mājaslapā redzamajiem modeļiem.

Pamatojoties uz Iepirkuma komisijas papildus informācijas pieprasījumu iesniegt tehniskajam piedāvājumam pievienotās tehniskās dokumentācijas oriģinālus (ražotāja bukleti un/vai iekārtas tehniskie faili), pretendents ir iesniedzis dokumentāciju, kas nav pretendenta apliecināta un piedāvātās preces attēli atbilst ražotāja preču katalogā redzamajam modelim, bet minētajā preču katalogā, atšķirībā no pretendenta atsūtītajām datnēm, ir pasūtītāja izvirzītajām tehniskajām prasībām neatbilstoši parametri: kopējais garums 2130 mm (pasūtītāja tehniskās specifikācijas prasība – līdz 2000 mm), augstuma regulēšana 480-900 mm (pasūtītāja tehniskās specifikācijas prasība –  $580 \pm 20$  līdz  $960 \pm 20$  mm).

- **SIA “A.Medical”** - piedāvājums iepirkuma priekšmeta 7 daļā (Sanitāri higiēnisko priekšmetu un aprīkojuma mazgāšanas un dezinfekcijas iekārta) neatbilst pasūtītāja izvirzītajām tehniskajām prasībām šādās tehniskās specifikācijas pozīcijās:

1. Tehniskās specifikācijas 1.1. pozīcijas prasība - Priekšmetu ielādēšana no augšas pie ergonomiska augstuma ne augstāk kā 80 cm no grīdas.

Pretendenta piedāvājums – 83,5 cm.

Atbilstoši pretendenta iesniegtajam informatīvajam materiālam- iekārtai ielāde ir no priekšas.

2. Tehniskās specifikācijas 1.3.7. pozīcijas prasība - Izmantojama kā izlietne vai klozetpods jebkura netīra satura izliešanai.

Pretendenta piedāvājums - Izmantojama kā izlietne vai klozetpods jebkura netīra satura izliešanai.

Pretendenta norādītajā datu lapā ar 1.3.7 atzīmētajā vietā ir skaidrojums par to, ka durvis kalpo kā ielādes platforma iepriekš neiztukšotiem šīberiem/pīlēm. 1. lpp. attēlā redzams atsevišķs klozetpods, kas uzstādīts zem iekārtas.

3. Tehniskās specifikācijas 1.4.1. pozīcijas prasība - Ekonomiskā (programma ne ilgākā kā 6 min.).

Pretendenta piedāvājums - Ekonomiskā 8 min.

4. Tehniskās specifikācijas 1.4.2. pozīcijas prasība - Standarta (programma ne ilgākā kā 8 min.)

Pretendenta piedāvājums - Standarta 9 min.

5. Tehniskās specifikācijas 1.6. pozīcijas prasība - Iespēja iekārtu piestiprināt (piekārt) pie sienas, sanitārās telpas uzkopšanas atvieglošanai un infekcijas lokalizācijas vietu likvidēšanai

Pretendenta piedāvājums – Pretendenta norādītās datu lapas attēlos un rasējumos redzams, ka paredzēta iekārtas iebūvēšanu sienā, nevis piekāršanu pie sienas, kā noteikts tehniskajās prasībās.

6. Tehniskās specifikācijas 1.9. pozīcijas prasība - Elektroenerģijas patēriņš ne vairāk kā 0.20 kWh.

Pretendenta piedāvājums - 0,3kWh standarta ciklam.

- **SIA “Arbor Medical Korporācija”** piedāvājums iepirkuma priekšmeta 8 daļā (Telemetrijas sistēma) neatbilst pasūtītāja izvirzītajām tehniskajām prasībām šādās tehniskās specifikācijas pozīcijās:

1. Tehniskās specifikācijas 1.1.5. pozīcijas prasība - Iespēja nodrošināt līdz 28 000m<sup>2</sup> pārklājumu.

Pretendenta piedāvājums - Iespēja nodrošināt līdz 180 000m<sup>2</sup> pārklājumu (Atsauces materiāls Nr. 4 lpp.2-11).

Valsts elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) pretendenta iesniegtajam piedāvājumam ir pievienoti atsauces materiāli Nr. 1, Nr. 2 un Nr. 3.

2. Tehniskās specifikācijas 1.2.1. pozīcijas prasība – Darbības laiks ar integrētām baterijām ne mazāk kā 100 stundas.

Pretendenta piedāvājums - Darbības laiks ar integrētām baterijām 37 stundas.

3. Tehniskās specifikācijas 1.2.10. pozīcijas prasība - Darbība no ne vairāk kā 2 AA baterijām.

Pretendenta piedāvājums - Darbība no 3 AA baterijām.

4. Tehniskās specifikācijas 1.2.13. pozīcijas prasība - Svars ne lielāks kā 140 grami.

Pretendenta piedāvājums - Svars kopā ar baterijām, SpO2 un SSR funkcionalitāti 298g.

5. Tehniskās specifikācijas 1.2.17. pozīcijas prasība - Atjaunošanās laiks pēc defibrilācijas ne lielāks par 5 sekundēm.

Pretendenta piedāvājums - Atjaunošanās laiks pēc defibrilācijas, bez saglabātas informācijas zuduma: 10 sekundes.

6. Tehniskās specifikācijas 1.3.20. pozīcijas prasība - Iespēja darba stacijā attēlot telemetrijas raidītājus un nodaļā esošos B40 un B450 monitorus.

Pretendents piedāvā darba stacijas savietojamību ar cita ražotāja monitoriem.

Iepirkuma procedūra iepirkuma priekšmeta 1. daļā (Dušas gulrati) izbeigta bez rezultāta, jo pretendentu iesniegtie tehniskie piedāvājumi neatbilst pasūtītāja izvirzītajām tehniskajām prasībām.

Komisijas priekšsēdētājs

Komisijas locekļi

Sekretāre

G. Cīrulis

I. Budzila

G. Liepiņš

K. Bondareva

I. Lange