

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
Reģ. Nr. 40003951628
Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038

Atklāta konkursa
„Ultrasonogrāfijas iekārtu noma”
RAKUS 2018/03K

ATKLĀTA KONKURSA ZIŅOJUMS

Rīgā,

2018. gada 26.martā

Pasūtītāja nosaukums: SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV – 1038

Iepirkuma identifikācijas numurs: RAKUS 2018/03K

Iepirkuma priekšmets: Ultrasonogrāfijas iekārtu noma

CPV kods: 33100000-1 (Medicīniskā ierīces).

Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts ES Oficiālajā Vēstnesī un Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē: 26.01.2018.

Iepirkuma komisijas sastāvs:

Komisijas priekšsēdētāja:	Ilze Ābolaņa , Informācijas tehnoloģiju un medicīnas iekārtu direktore;
Komisijas priekšsēdētāja vietniece-	Māra Epermane , Diagnostiskās radioloģijas centra vadītāja
Komisijas locekļi:	Uldis Jaspers , Medicīnas tehnoloģiju nodaļas vadītājs; Ēriks Kalniņš , stacionāra „Gaiļezers” galvenais ārsts Viesturs Krūmiņš , stacionāra „Latvijas onkoloģijas centrs” galvenais ārsts Kaspars Plūme , valdes loceklis Ilze Krūmiņa , iepirkumu un līgumu daļas vadītāja
Komisijas eksperts	Artūrs Bērziņš , valdes loceklis.
Sekretāre:	A.Jēkabsons-Lasemberga , Iepirkumu un līgumu daļas juriste;

Iepirkuma komisija saskaņā ar SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” valdes 27.12.2017. lēmumu Nr. V1/01-01/17/768.

Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības

- 3.1. ¹Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
- 3.2. Pretendents tiek izslēgts no turpmākas dalības Konkursā, ja:

¹ Šeit un turpmāk – punktu numerācijā norādīta saskaņā ar atklātā konkursa nolikuma punktu numerāciju.

- 3.2.1. pretendents vai persona, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis, pārstāvētiesīgā persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu vai tai ir piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis par jebkuru no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:
- a) noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās sastāvā ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīšanās šādas organizācijas izdarītos noziedzīgos nodarījumos,
 - b) kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos, neatļauta labumu pieņemšana, komerciāla uzpirkšana, prettiesiska labuma pieprasīšana, pieņemšana un došana, tirgošanās ar ietekmi,
 - c) krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana,
 - d) terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai,
 - e) cilvēku tirdzniecība,
 - f) izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu samaksas;
- 3.2.2. ir konstatēts, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 *euro*. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā;
- 3.2.3. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta pretendenta saimnieciskā darbība, pretendents tiek likvidēts;
- 3.2.4. iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu Publisko iepirkumu likuma 25. panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar pretendentu mazāk ierobežojošiem pasākumiem;
- 3.2.5. pretendentam ir konkurenci ierobežojošas priekšrocības iepirkuma procedūrā, ja tas vai ar to saistīta juridiskā persona iesaistījās iepirkuma procedūras sagatavošanā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 18. panta ceturto daļu un šīs priekšrocības nevar novērst ar mazāk ierobežojošiem pasākumiem, un pretendents nevar pierādīt, ka tā vai ar to saistītas juridiskās personas dalība iepirkuma procedūras sagatavošanā neierobežo konkurenci;
- 3.2.6. pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā kartēļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros ir pretendentu atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi;

- 3.2.7. pretendents ar kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā:
- a) vienas vai vairāku personu nodarbināšana, ja tām nav nepieciešamās darba atļaujas vai ja tās nav tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī,
 - b) personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darbiniekiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu;
- 3.2.8. pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību šā panta noteikumiem vai saskaņā ar šo likumu noteiktajām kandidātu un pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai nav sniedzis prasīto informāciju;
- 3.3. Iepirkuma komisija piemēro Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. vai 7. punkta noteikumus attiecībā uz piegādātāju apvienības (personu grupas) dalībniekiem, personālsabiedrības biedriem, personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām.
- 3.4. Iepirkuma komisija piemēro Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5., 6. vai 7. punkta noteikumus attiecībā uz katru pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura būvdarbu, pakalpojumu vai piegādes vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās līguma vērtības;
- 3.5. Vērtējot pretendentu atbilstību, iepirkuma komisija piemēro Publisko iepirkumu likuma 42. panta trešās un ceturtais daļas termiņu ierobežojumus.
- 3.6. Vērtējot pretendentu uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu atbilstību, iepirkuma komisija piemēro Publisko iepirkumu likuma 43. panta noteikumus.
- 3.7. Pasūtītājs ir tiesīgs izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā šādos gadījumos:
- 3.7.1. pretendents (kā līgumslēdzēja puse vai līgumslēdzējas puses dalībnieks vai biedrs, ja līgumslēdzēja puse ir bijusi piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība), tā dalībnieks vai biedrs (ja pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) nav pildījis ar šo pasūtītāju noslēgtu iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos vai koncesijas līgumu un tādēļ pasūtītājs vai publiskais partneris ir izmantojis iepirkuma līgumā, vispārīgās vienošanās noteikumos vai koncesijas līgumā paredzētās tiesības vienpusēji atkāpties no iepirkuma līguma, vispārīgās vienošanās vai koncesijas līguma;
 - 3.7.2. pretendents ir izdarījis smagu profesionālās darbības pārkāpumu, kas liek apšaubīt tā godīgumu, vai nav pildījis ar pasūtītāju vai publisko partneri noslēgtu iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos vai koncesijas līgumu, un šis fakts ir atzīts ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams;
 - 3.7.3. uz personālsabiedrības biedru, ja kandidāts vai pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi Nolikuma 4.7.2. punkta nosacījumi;
 - 3.7.4. uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās publiska būvdarbu, pakalpojuma vai piegādes līguma vērtības, ir attiecināmi Nolikuma 4.7.1. vai 4.7.2. punkta nosacījumi;

- 3.7.5. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi Nolikuma 4.7.1. vai 4.7.2. punkta nosacījumi.
- 3.8. Pretendents (kā līgumslēdzēja puse vai līgumslēdzējas puses dalībnieks vai biedrs, ja līgumslēdzēja puse ir bijusi piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība), tā dalībnieks vai biedrs (ja pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) ir pienācīgi izpildījis iepriekš ar Pasūtītāju noslēgto iepirkuma līgumu, un Pasūtītājs nav izmantojis šajā līgumā paredzētās tiesības vienpusēji atkāpties no līguma.
- 3.9. Pretendenta piedāvātai iekārtai ir Eiropas Savienībā izdots CE atbilstības sertifikāts un EK atbilstības deklarācija 93/42 EEK.
- 3.10. Pretendentam ir piedāvātās iekārtas ražotāja autorizācija medicīnas iekārtas piegādei un servisam.
- 3.11. Pretendentam ir tiesības izplatīt piedāvāto iekārtu Latvijas Republikā.
- 3.12. Pretendenta rīcībā ir servisa inženieris, kurš ir ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā.
- 3.13. Pretendentam jānodrošina medicīnas iekārtas tehniskā uzraudzība (funkciju atbilstības testu un elektrodrošības pārbaudes) atbilstoši 2017.gada 28.novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 689 „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība”.
- 3.14. Pretendenta piedāvātai iekārtai ir iekārtas ražotāja izdota datu brošūra. Pretendenta datu brošūrā ir jābūt atspoguļotiem visiem Tehniskajā specifikācijā noteiktajiem parametriem.
- 3.15. Pretendentam piegādājot Preci, jāiesniedz iekārtas instrukcija latviešu valodā.
- 3.16. Piedāvātā prece ražota ne agrāk kā 12 mēnešus pirms iepirkuma līguma slēgšanas.
- 3.17. Pretendenta piedāvātās Preces atlikusī vērtība, izbeidzoties 60 (sešdesmit) mēnešu nomas laikam, nevar būt augstāka par 25% no kopējās Preces cenas, kādu Pretendents norāda iesniedzot piedāvājumu Konkursā.

Piedāvājumu izvēles kritērijs

- 5.2.1. Iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
- 5.2.2. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji un to skaitliskās vērtības:

Daļa	Kritēriji	Īpatsvars
A	Nomas maksa	90
B	Izpirkuma maksa	10
Σ	Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits	100

$$\Sigma = A + B$$

- 5.2.2.1. Komisija izvērtē nomas maksas kritēriju „A”, izmantojot šādu formulu:

$$A = A_z / A_{\text{fakt}} \times 90, \text{ kur}$$

A_z – viszemākā piedāvātā kopējā nomas maksa;

A_{fakt} – vērtējamā piedāvājuma kopējā nomas maksa.

- 5.2.2.2. Komisija izvērtē kritēriju „B” sekojoši:

- Izpirkuma maksa 0-5% - 10 punkti;
 - Izpirkuma maksa 5.1 - 10% - 8 punkti;
 - Izpirkuma maksa 10.1-15 % - 6 punkti;
 - Izpirkuma maksa 15.1-20% - 4 punkti;
 - Izpirkuma maksa 20.1-25 % - 2 punkts;
 - Izpirkuma maksa 25% > - 0 punkti.
- 5.2.2. Sakarā ar to, ka kritēriji stingri noteikti, saimniecisko izdevīgumu komisijas locekļi nosaka kopīgi veicot aprēķinus.
- 5.2.3. Nosakot punktu skaitu, ņem vērā 2 ciparus aiz komata.
- 5.2.4. Ja pretendentu saņemto punktu skaits ir vienāds, par uzvarētāju tiek noteikts pretendents, kura piedāvātā cena ir zemāka.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 01.03.2018. plkst.13.00.

Piedāvājumus iesniegušie pretendenti:

N.p.k.	Pretendents	Piedāvājuma iesniegšanas veids	Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks
1.	"A.Medical" SIA	Sistēmā	28.02.2018. plkst. 10:35
2.	"Arbor Medical Korporācija" SIA	Sistēmā	26.02.2018. plkst. 17:17
3.	"PEAN" SIA	Sistēmā	01.03.2018. plkst. 12:53
4.	"Scanmed" SIA	Sistēmā	01.03.2018. plkst. 12:07
5.	"Tradintek" SIA	Sistēmā	23.02.2018. plkst. 14:11

Pretendentu piedāvātās cenas: skatīt ziņojuma pielikumā.

Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: 2018. gada 1.martā plkst. 13⁰⁰ Rīgā, Hipokrāta ielā 2, stacionārā „Gaiļezers”, 1. stāvā Administrācijas telpās, Iepirkumu un līgumu daļā, 115. kabinetā. Piedāvājumu atvēršana veikta, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturētajā tīmekļa vietnē www.eis.gov.lv pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai atvēršanai.

Pretendentu nosaukumi, ar kuriem tiks slēgtas vispārīgās vienošanās:

SIA „Scanmed”, SIA „Arbor Medical Korporācija”, SIA „PEAN”, SIA „Tradintek”.

Pamatojums lēmumam par konkursa nolikumam neatbilstošiem piedāvājumiem:

Tehniskie piedāvājumi:

SIA „Scanmed” piedāvājums tehniskās specifikācijas 13.daļā “*Digitāla ultrasonogrāfijas iekārta intraoperatīvam pielietojumam*” atzīts par neatbilstošu izvirzītajām tehniskajām prasībām, jo:

- 1) Pretendenta iesniegtajā dokumentācijā nav atrodama norāde par digitālas ultrasonogrāfijas iekārtas intraoperatīvam pielietojumam atbilstību tehniskajā specifikācijā 2.4.punktam, kurā norādīts, ka iekārtas zonžu konektoriem jābūt ar bezadatu tehnoloģiju.
- 2) Pretendenta piedāvātā iekārta neatbilst tehniskās specifikācijas 3.1.punktā izvirzītajai prasībai: “*Atvienojams, skārienjutīgs ne mazāk kā 21,5” LCD WSXGA monitors ar*

- integrētu sistēmas vadības procesoru*". Pretendenta piedāvātās iekārtas monitors nav atvienojams no stacijas. Turklāt piedāvātais LCD monitors ir 19", nevis vismaz 21,5". Kā arī, LCD monitors nav ar integrētu sistēmas vadības procesoru.
- 3) Pretendenta piedāvātajai iekārtai Sistēmas vadības un apstrādes modulī nav paredzēta iespēja strādāt ar skārienjutīgo monitoru ķirurģiskos cimdos, operācijas laikā, atbilstoši tehniskajā specifikācijā 3.3.punktā izvirzītajai prasībai;
 - 4) Pretendenta piedāvātajai iekārtai Sistēmas vadības un apstrādes modulī nav paredzēta iespēja fiksēt Sistēmas vadības un apstrādes moduli griestu konsolē, vadot to attālināti, atbilstoši tehniskajā specifikācijā 3.4.punktā izvirzītajai prasībai;
 - 5) Pretendenta piedāvātajai iekārtai nav paredzēts Sistēmas vadības un apstrādes moduļa pieslēgums, izmantojot bezvadu tehnoloģiju, atbilstoši tehniskajā specifikācijā 3.5.punktā izvirzītajai prasībai;
 - 6) Pretendenta piedāvātajai iekārtai Sistēmas vadības un apstrādes modulī nav iebūvēta baterija autonomas darbības nodrošināšanai, atbilstoši tehniskajā specifikācijā 3.6.punktā izvirzītajai prasībai;
 - 7) Pretendenta piedāvātajai iekārtai Sistēmas tālvadības modulī nav paredzēta Tālvadības pieskāriena jutīga planšete ar LCD (vai ekvivalentu) ekrānu, atbilstoši tehniskajā specifikācijā 4.1.punktā izvirzītajai prasībai;
 - 8) Pretendenta piedāvātajai iekārtai nav paredzēts Sistēmas tālvadības moduļa pieslēgums, izmantojot bezvadu tehnoloģiju, atbilstoši tehniskajā specifikācijā 4.2.punktā izvirzītajai prasībai;
 - 9) Pretendenta piedāvātajai iekārtai Sistēmas tālvadības modulī nav nodrošināta pilna galvenā sistēmas moduļa ekrāna dublēšana, ar visām attēlošanas, vadības, un mērījumu funkcijām, atbilstoši tehniskajā specifikācijā 4.3.punktā izvirzītajai prasībai;
 - 10) Pretendenta piedāvātajai iekārtai Sistēmas tālvadības modulī nav nodrošināta iespēja strādāt ar skārienjutīgo monitoru ķirurģiskos cimdos, operācijas laikā, atbilstoši tehniskajā specifikācijā 4.4.punktā izvirzītajai prasībai;
 - 11) Pretendenta piedāvātajai iekārtai Sistēmas ultrasonogrāfijas modulī nav paredzēts Atvienojams, sistēmas modulis ultrasonogrāfijas izmeklējumu vizuālo datu iegūšanai un digitālai apstrādei, atbilstoši tehniskajā specifikācijā 5.1.punktā izvirzītajai prasībai;
 - 12) Pretendenta piedāvātajai iekārtai Sistēmas ultrasonogrāfijas modulī Dinamiskais diapazons ir 187 dB, pretēji tehniskajā specifikācijā 5.4.punktā izvirzītajai prasībai par dinamisko diapazonu ne mazāk kā 250 dB;
 - 13) Pretendenta piedāvātajai iekārtai Sistēmas ultrasonogrāfijas modulī nav informācijas par atbilstību tehniskajā specifikācijā 5.6.punktā izvirzītajai prasībai: *Ne mazāk kā 15 000 pelēkā toņa līmeņi;*
 - 14) Pretendenta piedāvātajai iekārtai Sistēmas ultrasonogrāfijas modulī nav informācijas par atbilstību tehniskajā specifikācijā 5.7.punktā izvirzītajai prasībai: *Kadru frekvence ne mazāk kā 1 200 kadri;*
 - 15) Pretendenta piedāvātajai iekārtai Sistēmas ultrasonogrāfijas modulī nav informācijas par atbilstību tehniskajā specifikācijā 5.9.punktā izvirzītajai prasībai: *Izmeklēšanas dziļuma izvēle ne mazāk kā 40 cm;*
 - 16) Pretendenta piedāvātajai iekārtai Sistēmas ultrasonogrāfijas modulī nav informācijas par atbilstību tehniskajā specifikācijā 5.10.punktā izvirzītajai prasībai: *Video (Cine) atmiņa - ne mazāk kā 12 000 attēlu;*
 - 17) Pretendenta piedāvātajai iekārtai Sistēmas ultrasonogrāfijas modulī nav informācijas par atbilstību tehniskajā specifikācijā 5.14.punktā izvirzītajai prasībai: *Modulī ir iebūvēta baterija autonomas darbības nodrošināšanai;*
 - 18) Pretendenta piedāvātajai iekārtai nav informācijas par attēla palielinājumu - "Zoom" funkciju: ne mazāk kā 16 reizes, pretēji tehniskajā specifikācijā 6.3.punktā izvirzītajai prasībai;

- 19) Pretendenta piedāvātajai iekārtai nav informācijas par Laterālo pastiprinājuma kontrole - ne mazāk kā 4 sektoriem, pretēji tehniskajā specifikācijā 6.4.punktā izvirzītajai prasībai;
- 20) Pretendenta piedāvātajai iekārtai nav informācijas par atbilstību tehniskajā specifikācijā 6.5.punktā izvirzītajai prasībai: *M režīmā vismaz trīs (3) brīvi novietojami kursori (M Anatomical vai analogs);*
- 21) Pretendenta piedāvātajai iekārtai nav informācijas par atbilstību tehniskajā specifikācijā 6.9.punktā izvirzītajai prasībai: *Trapeces leņķu diapazons ne mazāk kā +/-30°, ar maināmu soli;*
- 22) Tehniskās specifikācijas 7.3.punktā izvirzītā prasība: *Intraoperatīva lineāra zonde ne mazāk kā no 2 līdz 12 MHz, laparoskopiskai pielietošanai (savietojama ar robotizētu manipulatoru).* Savukārt, Pretendenta piedāvātajai iekārtai Intraoperatīva lineāra zonde nav savietojama ar robotizētu manipulatoru.
- 23) Pretendenta piedāvātajai iekārtai nav informācijas par atbilstību tehniskajā specifikācijā 8.5.punktā izvirzītajai prasībai: *Topogrāfiskais mikroplūsmu dopleris;*
- 24) Pretendenta piedāvātajai iekārtai nav informācijas par atbilstību tehniskajā specifikācijā 8.6.punktā izvirzītajai prasībai: *Divi reālā laika režīmi vienlaicīgi displejā: 2D un 2D/ krāsainais dopleris;*
- 25) Pretendenta piedāvātajai iekārtai nav informācijas par atbilstību tehniskajā specifikācijā 9.2.punktā izvirzītajai prasībai: *Ne mazāk kā 6 pakāpju artefaktu noņemšanas programma, kura samazina graudainību un skaidri apzīmē robežas.*
- 26) Pretendenta piedāvātajai iekārtai nav informācijas par atbilstību tehniskajā specifikācijā 10.1.punktā izvirzītajai prasībai: *Lietotāju programmu izveidošana visām sondēm;*
- 27) Pretendenta piedāvātajai iekārtai nav informācijas par atbilstību tehniskajā specifikācijā 10.7.punktā izvirzītajai prasībai: *Automātiska intīma-media kompleksa biezuma noteikšana*

Komisijas priekšsēdētāja:

I.Āboliņa

Komisijas priekšsēdētāja vietniece

M.Epermane

Komisijas locekļi:

Ē.Kalniņš

K.Plūme

U.Jaspers

Eksperts:

A.Bērziņš

Sekretāre:

A.Jēkabsone-Lasenberga

Pretendentu piedāvātās cenas

Daļai Nr. 1 - Augstākās klases ultrasonogrāfijas iekārta ar augstas rezolūcijas zondēm neatliekamās radioloģijas nodaļai

Pretendents	Finanšu piedāvājuma forma
"Tradintek" SIA	EIRO 49600.2

Daļai Nr. 2 - Augstākās klases ultrasonogrāfijas iekārta ar augstas rezolūcijas zondēm muskuloskeletālās sistēmas un virspusējo struktūru izmeklējumiem

Pretendents	Finanšu piedāvājuma forma
"Arbor Medical Korporācija" SIA	EIRO 82800

Daļai Nr. 3 - Augstākās klases ultrasonogrāfijas iekārta ar augstas rezolūcijas zondēm muskuloskeletālās sistēmas un virspusējo struktūru izmeklējumiem

Pretendents	Finanšu piedāvājuma forma
"A.Medical" SIA	EIRO 157320.08
"Arbor Medical Korporācija" SIA	EIRO 72000
"PEAN" SIA	EIRO 139200
"Tradintek" SIA	EIRO 75200

Daļai Nr. 4 - Augstākās klases ultrasonogrāfijas iekārta asinsvadu izmeklējumu veikšanai

Pretendents	Finanšu piedāvājuma forma
"PEAN" SIA	EIRO 127800

Daļai Nr. 5 - Augstākās klases ultrasonogrāfijas iekārta ar augstas rezolūcijas zondēm vēderdobuma izmeklējumu veikšanai

Pretendents	Finanšu piedāvājuma forma
"Scanmed" SIA	EIRO 125621.05

Daļai Nr. 6 - Augstākās klases ultrasonogrāfijas iekārta ar augstas rezolūcijas zondēm vēderdobuma izmeklējumiem ar punkcijām ar automātisku CT / MR / PET/CT attēlu sapludināšanu ar USG attēlu un biopsijas adatas navigācijas aprīkojumu

Pretendents	Finanšu piedāvājuma forma
"Arbor Medical Korporācija" SIA	EIRO 112200
"Tradintek" SIA	EIRO 107200

Daļai Nr. 7 - Augstākās klases ultrasonogrāfijas iekārta ar augstas rezolūcijas zondēm vēderdobuma izmekējumiem

Pretendents	Finanšu piedāvājuma forma
"Arbor Medical Korporācija" SIA	EIRO 82800

Daļai Nr. 8 - Augstākās klases ultrasonogrāfijas iekārta krūts dziedzeru izmeklējumam

Pretendents	Finanšu piedāvājuma forma
"Arbor Medical Korporācija" SIA	EIRO 74400

Daļai Nr. 9 - Augstākās klases ultrasonogrāfijas iekārta krūšu dziedzeru izmeklējumam

Pretendents	Finanšu piedāvājuma forma
"Arbor Medical Korporācija" SIA	EIRO 74400

Daļai Nr. 10 - Augstākās klases digitāla ultrasonogrāfijas iekārta ar krāsu dopplera iespējām

Pretendents	Finanšu piedāvājuma forma
"PEAN" SIA	EIRO 93300
"Tradintek" SIA	EIRO 61520

Daļai Nr. 11 - Augstākās klases ehokardiogrāfijas iekārta

Pretendents	Finanšu piedāvājuma forma
"Tradintek" SIA	EIRO 119008

Daļai Nr. 12 - Portatīva ultrasonogrāfijas iekārta ehokardiogrāfijas izmeklējumam

Pretendents	Finanšu piedāvājuma forma
"Tradintek" SIA	EIRO 40000

Daļai Nr. 13 - Digitāla ultrasonogrāfijas iekārta intraoperatīvam pielietojumam.

Pretendents	Finanšu piedāvājuma forma
"PEAN" SIA	EIRO 157620
"Scanmed" SIA	EIRO 139000